

# PPDS MILLING SERIES

## PPDS 3Dスキャナー UP560HD

医療機器製造販売届出番号 28B2X10028000138



- ・UP560HD は卓越した精度と効率性を実現し、スキャンをまったく新しいレベルに引き上げます。精密スキャンに対する最も高い要求を満たし、世界中のラボから信頼されています。
- ・2つの500万画素高解像度カメラを搭載し最大  $4 \mu\text{m}$  の精度を実現することで、複雑な歯科修復の基準を高め、死角なく細部まで鮮明にスキャンを行います。しかもスキャン速度はわずか10秒なのでワークフローを加速して効率を高め、より多くのケースを処理できるようになります。

### 《優位性》

- ・スキャン精度は最大  $4 \mu\text{m}$ 。カラーテクスチャー対応。しかも1つの歯列弓のスキャンにかかる時間はわずか10秒。
- ・セクション化されていない模型を簡単にスキャンし、手動工程をスキップして時間を節約。歯列矯正やベニアなどの多様なニーズに対応。
- ・精密なインプラントスキャン。優れた色再現。さらにスキャンデータを直接 exocad に転送して正確・迅速なモーションキャプチャが可能。

### 《仕様》

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ・本体サイズ : W308 x D305 x H549 mm | ・軸数 : 2軸                 |
| ・電源 : AC100 - 240V 50/60 Hz    | ・スキャン方式 : 非接触型ブルーライトスキャン |
| ・スキャン精度 : $4 \mu\text{m}$      | ・データ形式 : STL/UM/PLY/OBJ  |

製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

製造販売業者



有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035